



本公司已获得认证



## 恒温恒湿试验箱 MRT-HWHS-50B

### 参数介绍

产品信息	型号	温度范围	电源功率
	MRT-HWHS-50B	-40°C~150°C	220V/3.5KW
工作尺寸	350*350*410mm		
外形尺寸	850*800*1600mm (约)		
温度分辨率	0.1 °C		
温度波动度	±0.5 °C		
温度均匀度	≤±2 °C		
升温速率	约 1°C~3°C/min (空载测试) 特殊速率可定制		
降温速率	约 0.7°C~1°C/min (空载测试) 特殊速率可定制		
湿度范围	20~98%RH		
湿度分辨率	0.1%RH		
设备重量	约 240KG		
售后	全国联保		



本公司已获得认证



## 测试标准

GB/T2423.1-2001 试验 A：低温试验方法

GB/T2423.2-2001 试验 B：高温试验方法

GB/T2423.3-1993 试验 Ca: 恒定湿热试验

GB/T10586-2006 试验箱技术条件

GB/T10589-2008 低温试验箱技术条件

GB/T 10592-2008 高低温试验箱

GB/T11158-2008 高温试验箱技术

## 箱体结构

概述	试验箱采用整体结构形式，箱体工作室采用整体焊接工艺，采用耐高低温有机硅胶材料密封，公司装配完成，整体发货。 箱体上部为工作室，内有送风电机、无火花离心扇叶、限制温度带 护套加热器、机械制冷及纯铜片耐腐蚀制冷蒸发器等；
内胆材质	SUS304,1.2mm
外壳材质	采用优质镀锌板表面经酸洗磷化处理后静电喷塑
保温材料	采用聚氨酯发泡及超细玻璃纤维（厚度 100mm），环保安全，无毒无异味。
控制操作面板	位于箱体门一侧，符合人机学设计，操作快捷方便



本公司已获得认证



门体设计	采用单开门设计，并设有内外双层设计，门与箱体之间采用双层硅橡胶密封条，耐高低温，抗老化，密封性能良好。为了防止低温试验时门框和门的边沿凝露或结霜，门框和门的边沿设置有电热除霜装置。
加强结构件	为防止试验箱体发生变形，特在箱体内部采用 80#槽钢加强，防止因箱门过重，发生箱门变形，影响密封性能等。
隔物架	标准 2 块 每块承重 $\geq 30\text{KG}$
测试孔	$\phi 50\text{mm}$ 、 $\phi 100\text{mm}$ 或根据客户要求配置
观察窗口	测试室大门上设有 1 个可视玻璃窗口： $200 \times 300\text{mm}$ (W*H) 中空电阻膜加热防霜观察窗。
照明灯	德国欧司朗冷光源

## 空气调节系统

调控方式	空气强制循环，静平衡调温
空气循环装置	根据试验箱容积的大小，采用 2 台或者多台离心式风机，长轴外置电机驱动，确保送风强劲，温度均匀
加热方式	采用限制温度的护套型加热器，PID 调节， 执行元件：固态继电器，PID+SSR

## 制冷系统

制冷方式	机械制冷：采用世界名牌法国“泰康”低噪音压缩机组成的 1 套复叠式制冷机组；
低温主要配置	电磁阀：Denmark “DANFOSS”  过滤器：U.S.A “ Emerson ”  膨胀阀：Denmark “DANFOSS”  压缩机：法国“泰康”



**本公司已获得认证**



蒸发器	翅片式风冷冷凝器
充氮焊接工艺	低温联接管路采用优质无氧铜管，使用知名的“罗森伯格”电动弯管机进行管路的制作、充氮焊接、48小时高保压防泄漏工艺以确保焊接质量
降噪措施	低温管路配备减震工艺管，降低压缩机工作时带来的噪音。制冷机组采用减震簧和胶垫进行减震和降噪。
制冷能量调节技术	温度平衡方式：采取自动流量控制制冷能量调节技术，即中央控制器根据不同的温度点通过控制制冷量的大小，使设备运行始终处于相对低功耗状态。
冷凝方式	水冷式/风冷式
制冷剂	采用 R404a、R23 环保制冷剂。

## 加湿系统

加湿方法	不锈钢加湿器
加湿器材质	不锈钢铠装
加湿器控制方式	无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）
加湿器装置	水位控制装置、加热器防干烧装置
水箱容量	15L
补水方式	人工补水/自动补水

## 温控仪表

温湿度控制器	台湾七寸威纶触摸屏+自研 PLC
主要执行电器	交流接触器：法国 Schneider/施耐德 断路器： 法国 Schneider/施耐德 热继电器： 法国 Schneider/施耐德



**本公司已获得认证**



	小型继电器：日本 OMRON/欧姆龙
人机对话界面	彩色触摸式人机界面和高性能可编程控制器，控制器具有密码保护功能，输入不同的密码具有不同的操作权限，避免人为触摸而停机。
显示方式	LCD 彩色液晶显示，触摸控制。中文界面。
显示精度	温度 0.01°C，湿度 0.1%RH，时间 0.01min。
程序容量	可设置 120 个程序组，共 1200 段，程序之间可以链接。
系统运行方式	程序运行方式，定值运行方式。定值运行最长可达 999999h59min
数据显示	设备具有年、月、日及时间显示，设备总的运行时间、程序段运行时间显示
故障信息	显示故障状态、可能原因分析
定期保养信息提示	定期弹出日常维护保养和定期维护保养项目表，提醒和指导操作人员定期进行设备的保养。
控制功能	上下限温度保护功能（声光报警装置），控制系统还具备自检测、自诊断功能，自动进行故障显示、报警；自动运行和停止的定时功能（可预设开机日期、时间）；自诊断功能，具有多种断电恢复模式，试验完成后具有自动停机并声光提示。
数据接口（选配）	配标准 RS485/RS232 或以太网口等常用数据接口
远程监控（选配）	专用通讯软件一套，可实现将中央控制仪表与计算机进行远程通讯管理。连机后可通过计算机对设备实现运行，温度、湿度等参数的连续监控。（最大可联机 200 台设备）

## 安全保护功能

接地保护	可靠的接地保护装置
漏电保护	漏电/断路保护
短路保护	加热器短路保护
鼓风机超载	鼓风电机超载保护
超温保护	工作室独立超温报警
制冷机超压保护	制冷机超压保护
制冷机超载保护	制冷机超载保护
电源保护	电源欠压、过压、缺相保护



本公司已获得认证



## 随机出货资料

产品合格证	1 张
产品使用说明书	1 套
仪表使用说明书	1 套
质量保修卡	1 份
保险丝	5 枚

## 设备使用条件

电压	AC 220V±10%、50 Hz
环境温度	-5~35 °C
环境湿度	<=85%R.H
大气压	86~106Kpa
场地要求	设备应水平放置于通风良好的试验室内，周围应留有充足的空间供操作及维护之用； 试验箱附近最好能备有排水地漏。
环境条件	设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其他热源直接辐射。



本公司已获得认证



## 参考图片

